



# УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ

## ЕЛЕКТРОТЕХНИЧКИ ФАКУЛТЕТ

Булевар краља Александра 73, П.Ф. 35-54, 11120 Београд, Србија

Тел: +381 11 3248464, Факс: +381 11 3248681

Број:498/10

Датум: 17.06.2020. године

**ПРЕДМЕТ:** Питања и одговори у вези са Конкурсном документацијом - за јавну набавку добара-лабораторијска опрема, у отвореном поступку, број ЈН 08/20

На основу члана 54. став 13. и члана 63. Закона о јавним набавкама („Сл. гласник РС“, бр. 124/12, 14/15 и 68/15), Наручилац доставља одговор на питања потенцијалног понуђача:

### **Питање:**

1. За позицију 3 навели сте "Извор једносмерног напона, 0-6V, мин. 1А, 0-±20V, мин. 0,5А". Да ли је у питању симетрично напајање на коме може да се подеси негативна вредност напона или је можда грешком уписан знак "±"?

### **Одговор:**

1. У Конкурсној документацији за предметну јавну набавку, у оквиру позиције 3, Техничка спецификација са структуром цене (Образац 5), ради се о симетричном извору напајања.

Комисија за јавну набавку бр. ЈН 08/20